

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dispensa Eletrônica - 7/2025-00001/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
18/03/2025 08:50	18/03/2025 08:51	21/03/2025 08:30

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
20/03/2025 - 11:20:07	Esclarecimento quanto ao direcionamento de marca.	24/03/2025 - 16:26:25

Dúvida: Bom dia.

Segue anexo referente aos itens 1 e 2.

Resposta: Em um Primeiro momento, nos dedicando exclusivamente ao mérito, afirmando que é relevante destacar dois pontos, são eles: I – Definição da necessidade do demandante; e II – Atendimento ao que pede o Decreto nº 001/24 aos Art. 62 c/c 70 da Lei nº 14.133/21, no que se refere às exigências do edital.

No Primeiro ponto, não precisamos fazer esforços para entendermos que o setor demandante é o único competente para saber e entender quais são as suas necessidades. Portanto, não cabe a esta humilde comissão, tampouco às impugnantes, modificar ou dizer o que deve ser modificado na demanda elaborada pela unidade gestora, uma vez que não somos competentes como falado acima.

Quanto ao segundo ponto, a solicitante deve se questionar se as exigências feitas no edital atendem o que diz o art. 3º do Decreto nº 001/24 e o que diz o rol taxativo dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/21, logicamente, atendendo a razoabilidade. Com isso, adiantamos que as exigências estão em consonância com que pede o ordenamento jurídico, assim, não se faz necessário incluir ou excluir exigências.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	ANALISADOR HEMATOLÓGICO - 3 PARTES SISTEMA HEMATOLÓGICO ECONÔMICO, SUSTENTÁVEL E DE EXCELENTE QUALIDADE, QUE INCORPORA TECNOLOGIA DE PONTA COM UM SOFTWARE SOFISTICADO DE FÁCIL MANUSEIO, EM PORTUGUÊS, OFERECENDO MAIS VERSATILIDADE, CONFIANÇA E VELOCIDADE DE OPERAÇÃO. ANÁLISE DE 22 PARÂMETROS: GB, LIN#, MIO#, NEU#, LIN%, MIO%, NEU%, GV, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW-CV, RDW- SD, PLT, VPM, PDW-CV, PDWSD, PCT E PLC-R, PLCC ATÉ 100 ANÁLISES POR HORA; DISPLAY TOUCHSCREEN 8,0" COLORIDO; 2 CONEXÕES USB (EXPANSÍVEL) E 1 ETHERNET; SENSOR DE PROXIMIDADE DE AMOSTRA; DIMENSÕES DO PRODUTO: 340MM (L) X 440MM (A) X 330MM (P); PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 12KG; CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO; ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA: 100 MICROLITROS; GRÁFICOS: 3 HISTOGRAMAS; FLAGS: LINFÓCITOS ATÍPICOS, BASTONETES E DEMAIS ALTERAÇÕES DE CONTAGEM; REAGENTES: 1 DILUENTE, 1 USANTE, 01 SOLUÇÃO DE LIMPEZA; LINTERFACEAMENTO: UNIDIRECIONAL; IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA E OPÇÕES DE USO DE IMPRESSORA EXTERNA; SOFTWARE INTUITIVO EM PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; SISTEMA FECHADO; BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA FABRICANTE: DIAGNO GARANTIA DE 1 ANO. INCLUSO: INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 01 KIT DE MANUTENÇÃO SEMESTRAL.	45.778,83	1	UN	Aceito



0002	COAGULÔMETRO MODELO CLOTIMER DUO (02 CANAIS) • PRINCÍPIO DE LEITURAS POR TURBODENSITOMETRIA ÓPTICA; TECLADO TOUCH SCREEN TOTALMENTE INTERATIVO EM PORTUGUES. • PARA LEITURA DE TESTES DE TP, TTPA, TROMBINA, FIBRINOGENIO, E FATORES DE COAGULAÇÃO. • LEITURAS COM VOLUME REDUZIDO DE 150UL DE VOLUME FINAL DE REAÇÃO. • DOIS CANAIS DE LEITURA: PERMITINDO TESTES EM DUPLICATA COM OPÇÃO DOS RESULTADOS, E MAIOR RAPIDEZ PARA TESTES SEM DUPLICATA(+ DE 90/HR COMPROVADOS) • BLOCO TÉRMICO PARA ATÉ 22 POSIÇÕES DE INCUBAÇÃO. • TRÊS POSIÇÕES PARA REAGENTES COM HOMOGENIZAÇÃO MAGNÉTICA CONSTANTE. • REGISTRO DOS CONTROLES DE QUALIDADE COM APRESENTAÇÃO GRÁFICA, PERMITINDO VISUALIZAR A ESTABILIDADE DOS CONTROLES DE TP E TTPA. • CURVAS DE TP E FIBRINOGENIO DE FÁCIL CONSULTA E ENTRADA DE PROGRAMAÇÃO. • APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS: TP : TEMPO, ATIVIDADE (%), INR E RELAÇÃO; TTPA EM TEMPO E RELAÇÃO • ENTRADA PARA TECLADO NUMÉRICO, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS OU TECLADO ALFABÉTICO • SAIDA PARA INTERFACEAMENTO OU IMPRESSORA EXTERNA • PRODUTO DESENVOLVIDO E FABRICADO NO BRASIL • ALIMENTAÇÃO: 110/ 220 V, 60 HZ, • DIMENSÕES: 260 X 180 X 120 MM • PESO: 3,0 KG - GARANTIA DE 1 ANO.	14.850,00	1 UN	Aceito
------	---	-----------	------	--------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/03/2025 - 08:48	AVISO DISPENSA ELETRONICA Nº 7-2025-00001 - SMS.pdf
18/03/2025 - 08:48	DFD.pdf
18/03/2025 - 08:48	ETP.pdf
18/03/2025 - 08:48	TERMO DE REFERÊNCIA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
24/03/2025 - 16:04:38	Documentos solicitados para o processo 7/2025-00001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 7/2025-00001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2025 - 16:56:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 7/2025-00001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	ANALISADOR HEMATOLÓGICO - 3 PARTES Sistema hematológico econômico, sustentável e de excelente qualidade, que incorpora tecnologia de ponta com um software sofisticado de fácil manuseio, em português, oferecendo mais versatilidade, confiança e velocidade de operação. Análise de 22 parâmetros: GB, LIN#, MIO#, NEU#, LIN%, MIO%, NEU%, GV, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW-CV, RDW-SD, PLT, VPM, PDW-CV, PDWSD, PCT e PLC-R, PLCC Até 100 análises por hora; Display touchscreen 8,0" colorido; 2 conexões USB (expansível) e 1 Ethernet; Sensor de proximidade de amostra; Dimensões do Produto: 340MM (L) X 440MM (A) X 330MM (P); Peso aproximado do produto: 12Kg; Controle de qualidade interno; Aspiração de amostra: 100 microlitros; Gráficos: 3 histogramas; Flags: Linfócitos atípicos, bastonetes e demais alterações de contagem; Reagentes: 1 Diluente, 1 Usante, 01 Solução de limpeza; Interfaceamento: Unidirecional; Impressora térmica embutida e opções de uso de impressora externa; Software intuitivo em português, inglês e espanhol; Sistema fechado; Baixo custo de manutenção. Assistência Técnica na Fabricante: Diagno Garantia de 1 ano. Incluso: instalação, treinamento e 01 kit de manutenção semestral.	P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	UNIDADE	DIAGNO/DIAGFAST PROD. PARA LAB. EIRELI	42.439,99	1	42.439,99
------	---	---	---------	---	-----------	---	-----------



0002	COAGULÔMETRO MODELO CLOTIMER DUO (02 CANAIS) - Princípio de leituras por TURBODENSITOMETRIA ÓPTICA; Teclado touch screen totalmente interativo em português. - Para leitura de testes de TP, TTPA, Trombina, Fibrinogênio, e Fatores de Coagulação. - Leituras com volume reduzido de 150ul de volume final de reação. - Dois canais de Leitura: permitindo testes em duplicata com opção dos resultados, e maior rapidez para testes sem duplicata(+ de 90/hr comprovados) - Bloco térmico para até 22 posições de incubação. - Três posições para reagentes com homogeneização magnética constante. - Registro dos controles de qualidade com apresentação gráfica, permitindo visualizar a estabilidade dos controles de TP e TTPA. - Curvas de TP e Fibrinogênio de fácil consulta e entrada de programação. Apresentação dos resultados: TP : Tempo, Atividade (%), INR e Relação; TTPA em Tempo e Relação - Entrada para teclado numérico, Leitor de código de barras ou teclado Alfabético - Saída para interfaceamento ou impressora externa - Produto Desenvolvido e fabricado no BRASIL - Alimentação: 110/ 220 V, 60 HZ, - Dimensões: 260 x 180 x 120 mm - Peso: 3,0 Kg - Garantia de 1 ano.	P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES UNIDADE	CLOT/BIOS - DISGNÓSTICA IND. E COM. DE P	14.419,99	1	14.419,99
------	--	--	---	-----------	---	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - ANALISADOR HEMATOLÓGICO - 3 PARTES

Sistema hematológico econômico, sustentável e de excelente qualidade, que incorpora tecnologia de ponta com um software sofisticado de fácil manuseio, em português, oferecendo mais versatilidade, confiança e velocidade de operação.



Análise de 22 parâmetros:

GB, LIN#, MIO#, NEU#, LIN%, MIO%, NEU%, GV, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW-CV, RDW-SD, PLT, VPM, PDW-CV, PDWSD, PCT e PLC-R, PLCC

Até 100 análises por hora;

Display touchscreen 8,0" colorido;

2 conexões USB (expansível) e 1 Ethernet;

Sensor de proximidade de amostra;

Dimensões do Produto: 340MM (L) X 440MM (A) X 330MM (P);

Peso aproximado do produto: 12Kg;

Controle de qualidade interno;

Aspiração de amostra: 100 microlitros;

Gráficos: 3 histogramas;

Flags: Linfócitos atípicos, bastonetes e demais alterações de contagem;

Reagentes: 1 Diluente, 1 Usante, 01 Solução de limpeza; Interfaceamento: Unidirecional;

Impressora térmica embutida e opções de uso de impressora externa; Software intuitivo em português, inglês e espanhol; Sistema fechado;

Baixo custo de manutenção.

Assistência Técnica na

Fabricante: Diagno Garantia de 1 ano.

Incluso: instalação, treinamento e 01 kit de manutenção semestral.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	03.156.192/0001-18	18/03/2025 - 16:19:18	UNIDADE	DIAGNO/DIAGFAST PROD. PARA LAB. EIRELI	R\$42.500,00	R\$ 42.500,00
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	20/03/2025 - 16:00:51	GT 380	G-CONT	R\$45.778,83	R\$ 45.778,83

0002 - COAGULÔMETRO MODELO CLOTIMER DUO (02 CANAIS)

- Princípio de leituras por TURBODENSITOMETRIA ÓPTICA; Teclado touch screen totalmente interativo em português.

- Para leitura de testes de TP, TTPA, Trombina, Fibrinogênio, e Fatores de Coagulação.

- Leituras com volume reduzido de 150ul de volume final de reação.

- Dois canais de Leitura: permitindo testes em duplicata com opção dos resultados, e maior rapidez para testes sem duplicata(+ de 90/hr comprovados)

- Bloco térmico para até 22 posições de incubação.

- Três posições para reagentes com

homogenização magnética constante.

- Registro dos controles de qualidade com apresentação gráfica, permitindo visualizar a estabilidade dos controles de TP e TTPA.

- Curvas de TP e Fibrinogênio de fácil consulta e entrada de programação.

- Apresentação dos resultados: TP : Tempo, Atividade (%), INR e Relação; TTPA em Tempo e Relação

- Entrada para teclado numérico, Leitor de código de barras ou teclado Alfabético

- Saída para interfaceamento ou impressora externa

- Produto Desenvolvido e fabricado no BRASIL

- Alimentação: 110/ 220 V, 60 HZ,

- Dimensões: 260 x 180 x 120 mm

- Peso: 3,0 Kg - Garantia de 1 ano.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	03.156.192/0001-18	18/03/2025 - 16:19:57	UNIDADE	CLOT/BIOS - DISGNÓSTICA IND. E COM. DE P	R\$14.500,00	R\$ 14.500,00
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	20/03/2025 - 16:01:11	COAGMASTER	WAMA	R\$14.850,00	R\$ 14.850,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	03.156.192/0001-18	60 dias
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	60 dias

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0002 - COAGULÔMETRO MODELO CLOTIMER DUO (02 CANAIS)

- Princípio de leituras por TURBODENSITOMETRIA ÓPTICA; Teclado touch screen totalmente interativo em português.



- Para leitura de testes de TP, TTPA, Trombina, Fibrinogênio, e Fatores de Coagulação.
- Leituras com volume reduzido de 150ul de volume final de reação.
- Dois canais de Leitura: permitindo testes em duplicata com opção dos resultados, e maior rapidez para testes sem duplicata(+ de 90/hr comprovados)
- Bloco térmico para até 22 posições de incubação.
- Três posições para reagentes com homogenização magnética constante.
- Registro dos controles de qualidade com apresentação gráfica, permitindo visualizar a estabilidade dos controles de TP e TTPA.
- Curvas de TP e Fibrinogênio de fácil consulta e entrada de programação.
- Apresentação dos resultados: TP : Tempo, Atividade (%), INR e Relação; TTPA em Tempo e Relação
- Entrada para teclado numérico, Leitor de código de barras ou teclado Alfabético
- Saida para interfaceamento ou impressora externa
- Produto Desenvolvido e fabricado no BRASIL
- Alimentação: 110/ 220 V, 60 HZ,
- Dimensões: 260 x 180 x 120 mm
- Peso: 3,0 Kg - Garantia de 1 ano.

Lances Enviados

0001 - ANALISADOR HEMATOLÓGICO - 3 PARTES

Sistema hematológico econômico, sustentável e de excelente qualidade, que incorpora tecnologia de ponta com um software sofisticado de fácil manuseio, em português, oferecendo mais versatilidade, confiança e velocidade de operação.

Análise de 22 parâmetros:

GB, LIN#, MIO#, NEU#, LIN%, MIO%, NEU%, GV, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW-CV, RDW-SD, PLT, VPM, PDW-CV, PDWSD, PCT e PLC-R, PLCC

Até 100 análises por hora;

Display touchscreen 8,0" colorido;

2 conexões USB (expansível) e 1 Ethernet;

Sensor de proximidade de amostra;

Dimensões do Produto: 340MM (L) X 440MM (A) X 330MM (P);

Peso aproximado do produto: 12Kg;

Controle de qualidade interno;

Aspiração de amostra: 100 microlitros;

Gráficos: 3 histogramas;

Flags: Linfócitos atípicos, bastonetes e demais alterações de contagem;

Reagentes: 1 Diluente, 1 Usante, 01 Solução de limpeza; Interfaceamento: Unidirecional;

Impressora térmica embutida e opções de uso de impressora externa; Software intuitivo em português, inglês e espanhol; Sistema fechado;

Baixo custo de manutenção.

Assistência Técnica na

Fabricante: Diagno Garantia de 1 ano.

Incluso: instalação, treinamento e 01 kit de manutenção semestral.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/03/2025 - 16:19:18	42.500,00 (proposta)	03.156.192/0001-18 - P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Válido
20/03/2025 - 16:00:51	45.778,83 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após análise das propostas apresentadas, esta comissão de contratação, constatou que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, não atendeu ao item 7 c/c 7.1, 7.2 do edital, bem como, os Art. 58 c/c 96 da Lei Federal 14.133/21, logo, esta comissão de contratação com fulcro no princípio da igualdade, entende que não pode concorrer de forma igual uma empresa que deixou de cumprir o edital, se assim não entendesse esta comissão estaria ferindo o princípio da isonomia. 24/03/2025 15:37:23



24/03/2025 - 09:48:48	42.450,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após análise das propostas apresentadas, esta comissão de contratação, constatou que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, não atendeu ao item 7 c/c 7.1, 7.2 do edital, bem como, os Art. 58 c/c 96 da Lei Federal 14.133/21, logo, esta comissão de contratação com fulcro no princípio da igualdade, entende que não pode concorrer de forma igual uma empresa que deixou de cumprir o edital, se assim não entendesse esta comissão estaria ferindo o princípio da isonomia. 24/03/2025 15:37:23
24/03/2025 - 14:29:59	42.449,99	03.156.192/0001-18 - P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Válido
24/03/2025 - 14:30:23	42.440,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após análise das propostas apresentadas, esta comissão de contratação, constatou que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, não atendeu ao item 7 c/c 7.1, 7.2 do edital, bem como, os Art. 58 c/c 96 da Lei Federal 14.133/21, logo, esta comissão de contratação com fulcro no princípio da igualdade, entende que não pode concorrer de forma igual uma empresa que deixou de cumprir o edital, se assim não entendesse esta comissão estaria ferindo o princípio da isonomia. 24/03/2025 15:37:23
24/03/2025 - 14:30:36	42.439,99	03.156.192/0001-18 - P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Válido
24/03/2025 - 14:30:48	42.435,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após análise das propostas apresentadas, esta comissão de contratação, constatou que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, não atendeu ao item 7 c/c 7.1, 7.2 do edital, bem como, os Art. 58 c/c 96 da Lei Federal 14.133/21, logo, esta comissão de contratação com fulcro no princípio da igualdade, entende que não pode concorrer de forma igual uma empresa que deixou de cumprir o edital, se assim não entendesse esta comissão estaria ferindo o princípio da isonomia. 24/03/2025 15:37:23

0002 - COAGULÔMETRO MODELO CLOTIMER DUO (02 CANAIS)

- Princípio de leituras por TURBODENSITOMETRIA ÓPTICA; Teclado touch screen totalmente interativo em português.
- Para leitura de testes de TP, TTPA, Trombina, Fibrinogênio, e Fatores de Coagulação.
- Leituras com volume reduzido de 150ul de volume final de reação.
- Dois canais de Leitura: permitindo testes em duplicata com opção dos resultados, e maior rapidez para testes sem duplicata(+ de 90/hr comprovados)
- Bloco térmico para até 22 posições de incubação.
- Três posições para reagentes com homogenização magnética constante.
- Registro dos controles de qualidade com apresentação gráfica, permitindo visualizar a estabilidade dos controles de TP e TTPA.
- Curvas de TP e Fibrinogênio de fácil consulta e entrada de programação.
- Apresentação dos resultados: TP : Tempo, Atividade (%), INR e Relação; TTPA em Tempo e Relação
- Entrada para teclado numérico, Leitor de código de barras ou teclado Alfabético
- Saída para interfaceamento ou impressora externa
- Produto Desenvolvido e fabricado no BRASIL
- Alimentação: 110/ 220 V, 60 HZ,
- Dimensões: 260 x 180 x 120 mm
- Peso: 3,0 Kg - Garantia de 1 ano.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/03/2025 - 16:19:57	14.500,00 (proposta)	03.156.192/0001-18 - P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Válido
20/03/2025 - 16:01:11	14.850,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após análise das propostas apresentadas, esta comissão de contratação, constatou que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, não atendeu ao item 7 c/c 7.1, 7.2 do edital, bem como, os Art. 58 c/c 96 da Lei Federal 14.133/21, logo, esta comissão de contratação com fulcro no princípio da igualdade, entende que não pode concorrer de forma igual uma empresa que deixou de cumprir o edital, se assim não entendesse esta comissão estaria ferindo o princípio da isonomia. 24/03/2025 15:37:23
24/03/2025 - 09:48:28	14.430,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após análise das propostas apresentadas, esta comissão de contratação, constatou que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, não atendeu ao item 7 c/c 7.1, 7.2 do edital, bem como, os Art. 58 c/c 96 da Lei Federal 14.133/21, logo, esta comissão de contratação com fulcro no princípio da igualdade, entende que não pode concorrer de forma igual uma empresa que deixou de cumprir o edital, se assim não entendesse esta comissão estaria ferindo o princípio da isonomia. 24/03/2025 15:37:23
24/03/2025 - 14:30:02	14.429,99	03.156.192/0001-18 - P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Válido
24/03/2025 - 14:30:27	14.420,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Após análise das propostas apresentadas, esta comissão de contratação, constatou que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, não atendeu ao item 7 c/c 7.1, 7.2 do edital, bem como, os Art. 58 c/c 96 da Lei Federal 14.133/21, logo, esta comissão de contratação com fulcro no princípio da igualdade, entende que não pode concorrer de forma igual uma empresa que deixou de cumprir o edital, se assim não entendesse esta comissão estaria ferindo o princípio da isonomia. 24/03/2025 15:37:23
24/03/2025 - 14:30:43	14.419,99	03.156.192/0001-18 - P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	24/03/2025 - 16:56:54	03.156.192/0001-18 - P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Habilitação - Mãe do Rio 2025.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
24/03/2025 - 08:39:08	Sistema	O processo foi aberto
24/03/2025 - 08:39:08	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
24/03/2025 - 08:39:29	Operador de Compra Direta	Bom Dia, sejam todos bem vindos, aproveito o ensejo para comunicar a todos os interessados que, os valores aqui propostos são de inteira responsabilidade dos senhores, não cabendo pleitear valores futuros.
24/03/2025 - 14:31:00	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
24/03/2025 - 14:31:00	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
24/03/2025 - 14:47:58	Sistema	O item 0001 teve como arrematante JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 42.435,00.
24/03/2025 - 14:47:58	Sistema	O item 0002 teve como arrematante P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EPP/SS com lance de R\$ 14.419,99.
24/03/2025 - 15:37:23	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado no processo.
24/03/2025 - 15:37:23	Sistema	Motivo: Após análise das propostas apresentadas, esta comissão de contratação, constatou que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, não atendeu ao item 7 c/c 7.1, 7.2 do edital, bem como, os Art. 58 c/c 96 da Lei Federal 14.133/21, logo, esta comissão de contratação com fulcro no princípio da igualdade, entende que não pode concorrer de forma igual uma empresa que deixou de cumprir o edital, se assim não entendesse esta comissão estaria ferindo o princípio da isonomia.
24/03/2025 - 15:37:23	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo operador de compra direta.
24/03/2025 - 15:37:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES com lance de R\$ 42.439,99.
24/03/2025 - 16:04:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:05 do dia 24/03/2025.
24/03/2025 - 16:04:39	Sistema	Motivo: O presidente da comissão de contratação juntamente com a equipe de apoio, em atendimento ao item 5.3.1 do instrumento convocatório(aviso), solicita da proposta de preços readequada juntamente com a documentação de habilitação, e aproveita o ensejo para solicitar ficha técnica dos produtos ofertados.
24/03/2025 - 16:56:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/03/2025 - 18:01:25	Operador de Compra Direta	O presidente da comissão de contratação juntamente com a equipe de apoio, informa que, em decorrência do avanço do horário após o encerramento do prazo de envio da Diligência, suspenderá a presente sessão com retorno no DIA 25/03/2024, a partir das 8:00 horas. Boa noite...
25/03/2025 - 08:31:23	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES.
25/03/2025 - 08:31:23	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES.
25/03/2025 - 08:32:10	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

João Victor da Silva Castro
Operador de Compra Direta

EDSON NASCIMENTO TAVARES
Apoio



Aglaene Gomes da Silva

Apoio

